



[Home](#) > [Quadro informativo](#)

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 93017/2024 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 930098 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**



Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

15/07/2024 11:14



A empresa Carvalhaes Produtos para Laboratório Ltda. enviou pedido de esclarecimento através do e-mail pregoeiro_thais@daebauru.sp.gov.br, ao qual passamos a responder.

- 1) O equipamento solicitado se refere à bomba de diafragma química, ou de versão comum?
- 2) O indicador de vácuo deve ser manual ou eletrônico/digital?
- 3) A bomba deve controlar o vácuo, ou apenas medir?



Conforme manifestação da área técnica requisitante a respeito do pedido de esclarecimento acima, segue resposta:

- 1) O equipamento solicitado se refere à bomba de diafragma química, ou de versão comum
O equipamento solicitado se refere a uma versão comum
- 2) O indicador de vácuo deve ser manual ou eletrônico/digital?
O indicador de vácuo pode ser Analógico.
- 3) A bomba deve controlar o vácuo, ou apenas medir?
A bomba deve apenas medir o vácuo.

[Incluir esclarecimento](#)

